WYKAZ METOD BADAN PODZLECANYCH:Główny Instytut Górnictwa Katowice

WODA -substancje promieniotwórcze		
Nazwa oznaczenia/ badana cecha		Nr normy/ procedury badawczej
*)	3_H tryt	BCR/ZLGIG/1-017 zgodnie z normą ISO 9698:1989
	222_{Rn} radon	pomiary stężenia radonu w próbkach ciekłych wykonywane są metodą spektrometrii ciekłych scyntylatorów (LSC) wg. procedury wew., opierającej się na metodzie stosowanej przez AAOŚ (EPA, method 913,1991)
	226_{Ra} izotop radu	BCR/ZLGIG/1-002 oraz BCR/ZLGIG/1-021
	228_{Ra} izotop radu	BCR/ZLGIG/1-002 oraz BCR/ZLGIG/1-021
	Inne:	

*) właściwą badaną cechę zaznaczyć krzyżykiem